

## Zana Kamangar

---

**From:** Zana Kamangar  
**Sent:** Thursday, January 25, 2024 8:31 AM  
**Subject:** ORA EXAMINATION TYPE A7 \ ADEL Genre A7 Réexamen

As per [ORA Device Manual](#);

Use Examination Type code **A7** on ORA for examination of any device, within **six months following an examination** that determined the device did not meet requirements. The purpose of the examination is to determine whether the device now meets requirements.

- **Includes:** examinations of **non-compliant devices** carried out at service agency premises
- **Doesn't include:** the examination of a **device that has never been certified** (initial examination) nor **examinations conducted where more than six months have passed** following device non-compliance.

---

Basé sur ADEL [Manuel des instruments](#) :

xamen d'un instrument, dans les six mois suivant un examen qui a permis de déterminer que l'instrument n'était pas conforme aux exigences. L'examen vise à déterminer si l'instrument est maintenant conforme aux exigences.

**Comprend** les examens **d'instruments non conformes** effectués dans les locaux d'un organisme d'entretien et de réparation

**Ne comprend** pas les examens **d'instruments n'ayant jamais été certifiés** (examen initial) ni les **examens effectués lorsque plus de six mois se sont écoulés** depuis que l'instrument a été jugé non conforme.

Kind Regards/Cordialement,

**Zana Kamangar**

National Administrator – Accreditation Department  
National Energy Equipment Inc.  
1467 Spitfire Pl, Port Coquitlam, BC, V3C 6L4  
Cell: 604-968-1921 | E-mail: [zkamangar@nee.ca](mailto:zkamangar@nee.ca)

