

## Zana Kamangar

---

**From:** Zana Kamangar  
**Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:58 PM  
**Subject:** as found code "RT" / le code tel que trouvé "RT"

When "as found" code "RT" is selected, or could be selected if there wasn't a higher ranked infraction, the actual temperature error is to be indicated in the "Comments field" ([see comments related to volumetric devices](#)).

---

---

Lorsque le code « tel que trouvé » "RT" est sélectionné, ou pourrait être sélectionné s'il n'y avait pas une infraction de rang plus élevée, l'erreur de température réelle doit être indiquée dans le "champ Commentaires" ([voir les commentaires liés aux instruments volumétriques](#)).

Kind Regards/Cordialement,

### Zana Kamangar

Quality System Administrator  
National Energy Equipment Inc.  
1467 Spitfire Pl, Port Coquitlam, BC, V3C 6L4  
Phone: 778-588-7726 | E-mail: [zkamangar@nee.ca](mailto:zkamangar@nee.ca)